



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.29.010.A № 21563/1

Действительно до
" 01 " апреля 2015 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип
систем измерительно-управляющих АЗС
"БУК TS-G"
наименование средства измерений
ООО "Нефтепродукттехника", г.Москва
наименование предприятия-изготовителя
.....

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
№ 18111-05 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему
свидетельству.

Заместитель
Руководителя



В.Н.Крутиков

24.04.2010 г.

Продлено до

" " г.

Заместитель
Руководителя

" " 20 г.



Системы измерительно-управляющие АЗС "БУК TS-G"	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № 18111-05
---	--

Выпускается по технической документации ООО «Нефтепродукттехника», Россия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы измерительно-управляющие АЗС «БУК TS-G» (далее – Система) предназначены для автоматизированного измерения, учета и управления технологическими процессами на автозаправочных станциях (далее – АЗС).

Область применения – АЗС для отпуска светлых нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, сжатого газа, многотопливные АЗС.

ОПИСАНИЕ

Система реализована на базе персонального компьютера, сконфигурированного для работы с операционной системой MS-DOS, Windows или Linux, к которому подключаются контроллеры интерфейса топливораздаточных колонок (далее ТРК), уровнемеры и различные периферийные устройства.

Система поддерживает работу:

- ТРК следующих производителей: «Gilbarco GmbH&Co. KG», Германия; «Gilbarco Ltd», Великобритания; «Marconi Commerce Systems GmbH&Co. KG» («Tankanlagen Salzkotten GmbH»), Германия ; «Tokheim Sofitam Inc.», США, Германия, Франция, «Wayne Dresser AB», Швеция; «Scheidt&Bachmann GmbH», Германия ; «Dresser Wayne Pignone», Италия ; «FAS GmbH», Германия, «Oy Autotank Ab», Финляндия ; «ADAMOV-SYSTEMS a.s.», Чехия ; ООО «НПК Шельф», Украина ; ОАО «АЗТ», ЗАО «Нара», Россия ; ООО «ТАТСУНО С-Бенч», Россия ; ОАО «Промприбор», Россия ; ЗАО «Спецавтоматика» ;

- с уровнемерами следующих производителей: «Veeder-Root Ltd», США, «OPW Inc», США; ЗАО «НТФ Новинтех», Россия, «Vega Grieshaber KG», Германия ; ООО НПП «Сенсор», Россия.

Контроллер системы работает с ТРК по протоколам, используемым производителями ТРК.

Управление контроллером осуществляется по интерфейсу RS-232 или RS-485.

Система обеспечивает измерение количества нефтепродукта, отпущеного через ТРК осуществляя управление ТРК, а также получение, регистрацию и обработку всей информации на АЗС.

ТРК подключается к контроллерам интерфейса Системы по двух-, трех- или четырех проводной линии. Для обмена данными между контроллерами интерфейса Системы и ТРК, в зависимости от типа ТРК, используется следующие протоколы обмена данных с ТРК:

- протокол «Kienzle Daten Protocol» фирмы «Marconi Commerce Systems GmbH&Co. KG» («Tankanlagen Salzkotten GmbH»), Германия;
- протокол «Gilbarco Two-Wire Protocol for Third Party Pump Controllers (TWOTP-IS-S1.0-S)» фирмы «Gilbarco GmbH&Co. KG», Германия;
- протокол «Dart Line» фирмы «Wayne Dresser AB», Швеция;
- протокол «V11» фирмы «Scheidt&Bachmann GmbH», Германия;
- протокол для ТРК фирмы «Korea EnE Co., Ltd», Южная Корея;
- протокол для ТРК ОАО “Автозаправочная техника”, Россия;
- протокол для ТРК «ADAST», Чехия;
- протокол для ТРК «ТАТСУНО С-Бенч», Россия;
- протокол для ТРК «Oy Autotank Ab», Финляндия;
- протокол для ТРК ОАО "Промприбор", Россия.

Дополнительно выпускается система для управления ТРК по импульльному интерфейсу без протокола управления.

Уровнемеры подключаются к системе через последовательный порт с использованием оригинального для каждого уровнемера протокола обмена данными.

К системе могут быть подключены следующие периферийные устройства: фискальный регистратор (касса), принтер для печати отчетов, сканер штрих кода для продажи на АЗС товаров, дисплей покупателя, модем для передачи данных на удаленный компьютер, различные терминалы для считывания магнитных, смарт- и электронных карт, внешние терминалы самообслуживания. В зависимости от конфигурации система может быть укомплектована на базе одного или нескольких рабочих мест операторов АЗС и менеджера АЗС.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых ТРК, шт., до	32
Количество подключаемых уровнемеров (зондов), шт., до	16
Диапазон номинальных расходов, л/мин	40...140
Минимальная доза выдачи топлива, л	2...10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности системы, %, не более:.....	± 0,25
Пределы допускаемой погрешности системы при температуре отличной от (+20±5) °C в пределах температуры рабочих условий, %, не более.....	± 0,5
Параметры электрического питания от сети переменного тока: напряжение (стабилизированное), В.....	220 ⁺²² ₋₃₃
частота, Гц.....	50 ± 1
Потребляемая мощность, В·А, не более:	40
Диапазон рабочих температур, °C: ТРК и уровнемеров.....	от минус 40 до плюс 50
Для вторичной аппаратуры.....	от плюс 5 до плюс 30
Пределы допускаемой основной погрешности измерения уровня топлива, мм , не более:.....	± 1
Диапазон измерения уровня, мм	30...6000

Напряжение питания платы интерфейса ТРК, В.....	12 ± 0,5
Габаритные размеры контроллера интерфейса, мм, не более.....	430 x 390 x 130
Масса, кг, не более.....	4

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Контроллер интерфейса системы 1 шт.
2. Программное обеспечение пользователя системы для персонального компьютера 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Примечание: ТРК, уровнемеры, персональные компьютеры и дополнительные периферийные устройства поставляются по отдельному заказу.

ПОВЕРКА

Проверка измерительных каналов Системы производится на месте эксплуатации совместно с ТРК, управление которыми она осуществляет, в соответствии с МИ 1864-88 "Рекомендации. Колонки топливораздаточные. Методика поверки" и по методике поверки уровнемеров, входящих в комплект поставки.

Основное поверочное оборудование: мерники образцовые 2-го разряда вместимостью 10, 20, 50, 100 и 150 л с погрешностью не более 0,08%, образцовые уровнемерные установки с погрешностью не более 0,3мм

Межпроверочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия.»,
Техническая документация ООО «Нефтепродукттехника»,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип систем измерительно-управляющих АЗС "БУК TS-G" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Нефтепродукттехника», Россия
Адрес: 119334, г. Москва, ул. Бардина, д. 6/30, строение 2.

Генеральный директор
ООО «Нефтепродукттехника»



Б.В. Бестужев